

ANTİFOG MASKE ŞARTNAMESİ

- ✦ Buğu yapmayan özellikte olmalıdır.
- ✦ Yüz çevresini tamamen kapatabilir olmalıdır.
- ✦ 3 katlı maskenin bakteri süzme özelliği olan meltblown dan imal edilmiş olmalıdır.
- ✦ Yüklenici firma ISO9001 ve ISO13485 belgelerini sunmalıdır.
- ✦ Gözlük kullanan hekimlerinde rahatlıkla kullanacağı yapıda olmalıdır.
- ✦ Ayarlanabilir burun teli olmalıdır ve çabuk kırılmamalıdır.
- ✦ Koruyucu vizör görme yetisini veya görme alanını bozmamalıdır.
- ✦ Hafif olmalıdır kullanıcıyı yormamalıdır.
- ✦ Maskenin lastik kısmı elastikiyetini çabuk kaybetmemelidir.
- ✦ Ürünler kutulu teslim edilmelidir. Şeffaf poşetlerde vizörler kırılma yaptığından kabul edilmeyecektir.
- ✦ Kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir
- ✦ Değerlendirme için ürün ile ilgili tüm bilgileri içeren dokümanlar ve 1 adet orijinal ürün bırakılmalıdır.
- ✦ Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.