

CONTA SPREYİ ŞARTNAMESİ

- ✦ Çevreye ve kullanıcıya zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.
- ✦ Silikon kalıp ayırıcı sprej olmamalıdır. Medikal ekipman contaları için üretilmiş olmalıdır.
- ✦ Conta üzerine sıkıldığında uzun vadede contanın kırılmasını ve çatlamasını engellemelidir.
- ✦ 0-200 derece arası sıcaklıklara uyumlu olmalıdır.
- ✦ Renksiz ve şeffaf olmalıdır.
- ✦ Her marka otoklav cihazlarına uygun olmalıdır.
- ✦ Kullanılan yüzeyi sertleştirmemeli, koruyucu olmalıdır.
- ✦ Sıkılan yüzey üzerinde antistatik kayganlaştırıcı özelliđi uzun süre kalıcı olmalıdır.
- ✦ En az 500ml sprej ambalajlı olmalıdır.
- ✦ Yanıcı özelliđi olmamalıdır.
- ✦ Sızdırmaz, orijinal kapaklı ambalajda olmalı
- ✦ Ambalajı orijinal olmalıdır. Sonradan yapıştırılan etiketli ürünler kabul edilmeyecektir.
- ✦ Üzerinde markası, üretim ve son kullanım tarihi mutlaka olmalıdır.
- ✦ Kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak deđiştirmelidir
- ✦ Deđerlendirme için ürün ile ilgili tüm bilgileri içeren dokümanlar ve 1 adet orijinal ürün bırakılmalıdır.
- ✦ Teknik şartnameye uymayan ürünler deđerlendirmeye alınmayacaktır.