

## FORMALDEHİT KİMYASAL İNDİKATÖR ŞARTNAMESİ

- ✦ Formaldehit sterilizatörlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- ✦ Çok parametrelili indikatör zaman, doygun buhar ve sıcaklığa duyarlı olmalıdır.
- ✦ Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” ten farklı tonlarda olacaktır.
- ✦ İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
- ✦ İndikatör optimum sonuç verebilmesi için 10mg/l 70 derecede 30 dakikalık çevrim gösterecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- ✦ Iso 11140-1 Type 4 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.
- ✦ Üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası hangi standarda göre üretildiği ve hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu yalnız kutu üzerinde ve indikatörlerinde üzerinde bulunmalıdır.
- ✦ İşlem görmüş indikatörün renk değişimi homojen olmalıdır.
- ✦ İndikatörde sterilizasyon sürecinde çekme, buruşma, yapışma vb. defektlere izin vermemelidir.
- ✦ Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için en az 1 yıl sabit kalmalıdır.
- ✦ Kutu içerisindeki indikatör oda sıcaklık veya neminden etkilenmemesi için ağzı kilitli ambalaj içinde bulunmalıdır.
- ✦ Yorum yapabilmek için ürün üzerinde referans renkleri bulunmalıdır. Ayrıca renk değişim tablosu verilmelidir.
- ✦ Bir kutu içerisinde 250 adet olmalıdır.