

HAZIR POŞET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✦ Kapatılmış ambalaj açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
- ✦ Poşetin kağıt kısmı TS EN 868-3'e uygun medikal amaçlı üretilmiş kağıt, folyo kısmı lamine film olmalıdır.
- ✦ Lamine film en az 3 kat olmalı, delinme ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
- ✦ Film kalınlığı en az 50 mikrometre olmalıdır.
- ✦ Poşetin sterilan ajana geçirgenliği olmalı, bakteriyel barier özellik taşımalıdır.
- ✦ Medikal amaçlı üretilmiş kâğıt en az 60 gr/m² olmalıdır.
- ✦ Ürünün her üç kenarında en az 3 sıra halinde lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır, İşlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deformasyon olmamalıdır.
- ✦ Poşetin üç kenarı zarf şeklinde fabrikasyon kapatılmış olmalıdır.
- ✦ Poşet sterilizasyon işlemi esnasında açılmamalı, patlamamalıdır.
- ✦ Poşetin kenar kaynakları en az 10 mm kalınlığında olmalıdır.
- ✦ Üretici firma ISO 13485 belgeli olmalıdır.
- ✦ Normal oda şartlarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir
- ✦ Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.