

## KONTEYNER TANIMLAMA ETİKETİ ŞARTNAMESİ

- ✦ Üretici firma ISO Kalite Belgesine sahip olmalıdır.
- ✦ Ürün üzerindeki indikatör DIN EN 867 Class A ISO 11140-1 sınıfına uygun olmalıdır ve ihaleyi kazanan firma belgeyi gösterebilmelidir.
- ✦ Ürünün üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, sterilizatör numarası ve setin adını yazacak kısım olmalıdır.
- ✦ Ürün ölçüleri 65 x 35mm olmalıdır.
- ✦ Ürün 134 °C derece sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- ✦ Ürünün üzerindeki indikatör sterilizasyon işleminden önce pembe Sterilizasyon işlemi sonrasında siyaha dönmelidir.
- ✦ Ürünün kutusunda 1.000 adet Buhar indikatörlü konteynir tanımlama kartı bulunmalıdır.